

23 日 獣 発 第 258 号

平成 23 年 11 月 15 日

地方獣医師会会長 各位

社団法人 日本獣医師会

会 長 山 根 義 久

(公印及び契印の押印は省略)

### **感染症の病原体等の運搬容器の適正 使用の徹底について（周知依頼）**

平成 23 年 11 月 7 日付け健感発 1107 第 14 号をもって、厚生労働省健康局結核感染症課長から別添写しのとおり通知がありました。

このたびの通知は、今般、地方衛生研究所が発送した運搬途中の赤痢アメーバの疑いのある検体の入った容器が破裂し、検体が飛散した事案が発生したところであり、その容器の破裂の原因は、冷却剤に使用したドライアイスが気化し、内圧が高まって容器が破裂したと解されていることから、別添写しのとおり各都道府県衛生主管部長宛てに、衛生研究所等、管轄の感染症の病原体等取扱い施設に対し、下記事項について周知徹底し、同様の事例が発生することのないよう、再発防止の徹底について通知したので、本会宛て了知の上、本会会員への周知を依頼されたものです。

貴会関係者へ周知していただきたくお知らせいたします。

## 記

- 1 運搬容器に冷却剤としてドライアイスを使用する場合には、次の事項を含め、その適正な取扱いを徹底する。
  - (1) ドライアイスは、1次容器（検体を入れる容器）及び2次容器（密閉容器）内に入れてはならないこと。
  - (2) ドライアイスを入れる3次容器（外装容器）又はオーバーパックは、気化したガスが放散されるものを用いること。
  - (3) 包装物の表面には、ドライアイスを使用している旨を表示すること。この場合、世界保健機関（WHO）から出されている「感染性物質の輸送規則に関するガイダンス」で示された二酸化炭素（ドライアイス）（UN1845）用の危険性ラベルも併せて貼付すること。
- 2 運搬容器及び運搬方法等に関する必要な教育訓練を行う。
- 3 搬送する検体の包装の確認等、運搬時の取扱手順を再点検し、安全管理規定等の見直しを行う。

本件内容の問合せ先

日本獣医師会事業担当 長野

TEL 03-3475-1601



健感発1107第14号  
平成23年11月7日

社団法人日本獣医師会  
会長 殿

厚生労働省健康局結核感染症課長



感染症の病原体等の運搬容器の適正使用の徹底について（周知依頼）

平素より感染症対策にご協力いただき厚く御礼申し上げます。

今般、地方衛生研究所が発送した運搬途中の赤痢アメーバの疑いのある検体の入った容器が破裂し、検体が飛散した事案が発生したところですが、このようなことは本来あってはならないものです。

容器の破裂の原因は、冷却剤に使用したドライアイスを密閉容器内に入れた結果、ドライアイスが気化し、内圧が高まって容器が破裂したと解されています。

これを踏まえ、別添写しのとおり再発防止の徹底について通知しましたので、ご了解願いますとともに、貴下会員への周知方よろしくお願い申し上げます。






健感発1107第8号  
平成23年11月7日

各 都道府県  
政令市  
特別区 衛生主管部（局）長 殿

厚生労働省健康局結核感染症課長



### 感染症の病原体等の運搬容器の適正使用の徹底について

今般、地方衛生研究所が発送した運搬途中の赤痢アメーバの疑いのある検体の入った容器が破裂し、検体が飛散した事案が発生したところであるが、このようなことは本来あってはならないものである。

容器の破裂の原因は、冷却剤に使用したドライアイスを密閉容器内に入れた結果、ドライアイスが気化し、内圧が高まって容器が破裂したと解されている。

については、衛生研究所等、貴下管轄の感染症の病原体等の取扱い施設に対し、下記事項について周知徹底し、同様の事例が発生することのないよう、厳にその対応に万全を期されたい。

#### 記

- 1 運搬容器に冷却剤としてドライアイスを使用する場合には、次の事項を含め、その適正な取扱いを徹底する。
  - ① ドライアイスは、1次容器（検体を入れる容器）及び2次容器（密閉容器）内に入れてはならないこと。
  - ② ドライアイスを入れる3次容器（外装容器）又はオーバーパックは、気化したガスが放散されるものを用いること。
  - ③ 包装物の表面には、ドライアイスを使用している旨を表示すること。この場合、世界保健機関（WHO）から出されている「感染性物質の輸送規則に関するガイダンス」で示された二酸化炭素（ドライアイス）（UN1845）用の危険性ラベルも併せて貼付すること。
- 2 運搬容器及び運搬方法等に関する必要な教育訓練を行う。
- 3 搬送する検体の包装の確認等、運搬時の取扱手順を再点検し、安全管理規程等の見直しを行う。